



**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w KATOWICACH**

Wydział Zamiejscowy w Częstochowie

42-218 Częstochowa, ul. Wodzickiego 91, Tel./Fax: (34) 325-60-55, e-mail: czestochowa@katowice.gum.gov.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD POMIAROWY

Instalacja do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości $Q_{\max}$ nie większym niż 6000 dm³/min

Znak fabryczny: GMVT 703, numer fabryczny instalacji: 98020422, numer fabryczny czujnika objętości: 10650, rok produkcji: 1993, producent: LKR Nowakowscy Sp.j. Żyrardów, urządzenia dodatkowe instalacji: urządzenie drukujące.

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 24 września 2022 roku.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

Autocysterna MAN, numer VIN: WMAT021131M209353, numer zbiornika: 511498, numer rejestracyjny: TJE 00233.

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

$Q_{\max} = 700 \text{ dm}^3/\text{min}$, $Q_{\min} = 70 \text{ dm}^3/\text{min}$, $V_{\min} 200 \text{ dm}^3$, klasa dokładności: 0,5, rodzaj cieczy: OLEJ OPAŁOWY, znak zatwierdzenia typu: nie dotyczy.

WNIOSKODAWCA

SELLING Adam Bugdoł, Niwy 8D, Boronów 42-283 - wykonawca naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego.

WYMAGANIA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1619).

ZAKRES SPRAWDZEŃ

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1619).

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechy zabezpieczające w liczbie 9 szt. umieszczono na:

- połączeniu tabliczki znamionowej i instrukcyjnej z obudową instalacji - 1 szt.,
- zabezpieczeniu przelicznika OTC 90 - 1 szt.,
- zabezpieczeniu dostępu do skrzynki połączeń elektrycznych - 1 szt.,
- mocowaniu pokrywy i tabliczki znamionowej czujnika objętości - 1 szt.,
- zabezpieczeniu czujnika temperatury - 1 szt.,
- zabezpieczeniu korka spustowego - 1 szt.,
- mocowaniu wziernika separatora gazów - 1 szt.
- zabezpieczeniu separatora gazów - 1 szt.,
- zabezpieczeniu przetwornika kąta obrotu - 1 szt.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony.

ZNAK WNIOSKU

P/20/56-562010620

Data wystawienia: 24 sierpnia 2020 r.



z upoważnienia
INSPEKTOR
Ryszard Dederko
Ryszard Dederko